

Nr referencyjny nadany sprawie: ZOZ/DO/OM/ZP/08/2018

Busko – Zdrój, dnia 09.03.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej Ustawą Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2018 roku, numer ogłoszenia 526651-N-2018

Do wszystkich Wykonawców:

Informacja dla Wykonawców nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 1

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w postępowania przetargowego.

1. Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, by preparat zaoferowany w Załączniku nr 1 dostosowany był do automatycznego systemu dozowania chemii, który jest używany aktualnie w Szpitalu? Zwracamy uwagę, że tylko taki sposób przygotowania roztworu roboczego preparatu do dezynfekcji pozwoli na uniknięcie pomyłek oraz gwarantuje precyzyjne dozowanie preparatu a co za tym idzie oszczędności oraz bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Preparat powinien być również podłączony do automatycznego systemu dozowania przez osobę upoważnioną do ich serwisowania i montowania za pomocą dostarczonych przez nią przeznaczonych do tego preparatu dysz dozujących oraz węża przepływowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

2. Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, by preparat zaoferowany w Załączniku nr 1 był kompatybilny z aktualnie używanymi preparatami do utrzymania czystości dozowanymi za pośrednictwem automatycznego systemu dozowania chemii?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

3. Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1 dopuści równoważny, dostosowany do automatycznego systemu dozowania chemii, który jest używany aktualnie w Szpitalu, bardzo wydajny, bezpieczny o świeżym zapachu preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia w pomieszczeniach również w obecności pacjentów, możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych – posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, substancja aktywna: chlorek didecyłodimetyloamoniowy, zakres działania: 0,5% aktywność wobec B, Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV) w czasie 15 minut, sposób przygotowania: gotowy do użycia po rozcieńczeniu w wodzie wodociągowej, możliwość stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, nie zawiera biguanidów, postać: koncentrat?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1 dopuści równoważny, dostosowany do automatycznego systemu dozowania chemii, który jest używany aktualnie w Szpitalu, bardzo wydajny, bezpieczny o świeżym zapachu preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia w pomieszczeniach również w obecności pacjentów, możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, substancja aktywna: chlorek didecyłodimetyloamoniowy, pochodna biguanidyny, zakres działania: 0,5% aktywność wobec B, Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV) w czasie 15 minut, sposób przygotowania: gotowy do użycia po rozcieńczeniu w wodzie wodociągowej, możliwość stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, postać: koncentrat?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jednakże wymaga stężenia roboczego zgodnego z SIWZ tj. 0,25%.

5. Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających, że oferowane wyroby posiadają działanie bójcze oferowane preparatu, tj. opinie PZH lub sprawozdania z badań potwierdzające skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Wymaga potwierdzenia skuteczności zgodnie z normami EN lub innymi zatwierdzonymi przez Prezesa URPLW MiPB.

6. Pytanie nr 6

Prosimy o dopuszczenie płynnego koncentratu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, nie zawiera aldehydów, szeroka tolerancja materiałowa, także pleksiglas. Zakres działania: 0,5% aktywność wobec B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HVC, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 minut, możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat może być stosowany do wszystkich wodoodpornych i zmywalnych powierzchni, przedmiotów. Opakowanie a 1L z dozownikiem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jednakże wymaga stężenia roboczego zgodnego z SIWZ tj. 0,25% i wymaga możliwości stosowania na Oddziałach Pediatrycznych.

7. Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, chloru, związków tlenowych i pochodnych guanidyny, o spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min. i stężeniu 2%, z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno, Noro, przy wydłużeniu czasu działania. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową, nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, posiadający dobre właściwości myjące. Preparat można stosować również na oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów, w opakowaniach 5 L, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań ? Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem zwiększenia bezpieczeństwa stosowania preparatu wymagał środka pozbawionego zagrożeń związanych z poważnym oparzeniem skóry i uszkodzeniem oczu (klasyfikacja zagrożeń H314 zgodna z rozporządzeniem WE 1272/2008) oraz w celu zwiększenia skuteczności procesu mycia będzie wymagał preparatu o pH nie mniejszym niż 11

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Z poważaniem

DYREKTOR
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Tasiak

Wyk. 2 egz.

Egz. Nr 1 – a/a

Egz. Nr 2 – BIP Zamawiającego

DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bosku-Zdroju
Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów

Sporządził: *[Podpis]*

Zatwierdził: *[Podpis]*