

Busko – Zdrój, dnia 14.03.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Dostawa materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju**”, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2018 roku, numer ogłoszenia 528682-N-2018

Do wszystkich Wykonawców:

Informacja dla Wykonawców nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 1

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w postępowania przetargowego.

1. Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’5szt z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w opakowanie papier-papier spełniające wymagania normy w zakresie oznakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

3. Pytanie nr 3

W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), **dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji**, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”.

Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalizowany. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna. Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wykazu dostaw oraz referencji wraz z ofertą czy też będzie wzywał do złożenia tych dokumentów?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 13.1 SIWZ tabela pkt.9

5. Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści przestawienie wykazu dostaw oraz referencji na należycie wykonaną dostawę materiałów opatrunkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przestawienia wykazu dostaw oraz referencji na należycie wykonaną dostawę materiałów opatrunkowych będących potwierdzeniem zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.

6. Pytanie nr 6

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pytanie nr 7

Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ - § 1 ust. 7 załącznika nr 8.

8. Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00 (par. 2 ust.7.) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem

Wyk. 2 egz.

Egz. Nr 1 – a/a

Egz. Nr 2 – BIP Zamawiającego

DYREKTOR
mgr Grzegorz Lasak

DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów

Sporządził:

Zatwierdził: