

Busko – Zdrój, dnia 02 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest **dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2021 r., numer ogłoszenia 2021/BZP 00104167/01.

### **Odpowiedzi na zapytania nr 1**

#### **Do wszystkich Wykonawców:**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

#### **Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 13**

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 13, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do przezskómej endoskopowej gastrostomii z gazikami bez otworów, pakowanych pojedynczo.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy w pakiecie 13 Zamawiający oczekuje 40 sztuk PEG-ów czy 40 opakowań (czyli 80 sztuk) – jeśli opakowań, prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na 80 sztuk PEG-ów pakowanych pojedynczo.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 2 dotyczy wzoru umowy**

1. **Dot. § 2 ust. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył towar niezgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego lub z parametrami wynikającymi z oferty, lub że towar jest niekompletny lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do ponownego dostarczenia towaru zgodnego z warunkami SIWZ i Umowy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 10 dni roboczych. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

2. **Dot. § 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. **Dot. § 6 ust. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy „W przypadku niedotrzymania terminu dostawy towaru, o którym mowa w § 2 ust. 2, 5 i 6, jak również w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad, o którym mowa w § 2 ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% dziennie od wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu zamówienia”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

4. **Dot. § 6 ust. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 7%?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

5. **Dot. § 7 ust. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku trzykrotnego niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie dłuższego niż 7 (siedem) dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. **Dot. § 7 ust. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/29/2021

„Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni w stosunku do terminu wynikającego z Umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy § 7 ust. 4.**

**Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 1**

1. **Doł. poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści pętle o rozmiarze wyłącznie 10, 15 oraz 30 mm, o długości narzędzia wyłącznie 2300 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. **Doł. poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania zawierający 7 opasek, wszystkie w kolorze czarnym, bez funkcji sygnału, gdy pozostanie ostatnia gumka? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. **Doł. poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 2300 mm, typ wyłącznie: aligator oraz ząb szczura? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. **Doł. poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce PE? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

5. **Doł. poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce PE? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

6. **Doł. poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o śr. 6 mm, narzędzie długości 2500 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

7. **Doł. poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane w kartonowy dispenser z otworem w jego górnej części? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

8. **Doł. poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z rozwarciem ramion wyłącznie 11 mm oraz 16 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

9. **Doł. poz. 10** - Czy Zamawiający wymaga aby w klipsownicy klipsy były ściągane?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

10. **Doł. poz. 11** - Czy Zamawiający dopuści pętle o rozmiarze wyłącznie 10, 15, 25 oraz 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

11. **Doł. poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o śr. 6 mm, narzędzie długości 2500 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

12. **Doł. poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści igłę o śr. 0,6 mm lub 0,8 mm (do wyboru Zamawiającego), bez strzykawki w komplecie, z kołnierzem jak na zdjęciu poniżej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/29/2021

**13. Doł. poz. 14** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze w ostonce PE, o długości 1600 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 4**

**1. Doł. poz. 1.** - Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom z cięciwą o długości wyjątkowo 20 mm oraz 25 mm, średnica cewnika 2,0 mm, z końcówką zwężaną do 1,75 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 5**

**1. Doł. poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści chwytak o średnicy narzędzia 2,4 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 2**

**1. Doł. poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentu samorozprężalnego żółciowego, pokrytego wytrzymałym polimerem, zabezpieczającym przed wrastaniem tkanek do wnętrza stentu, posiadający 4 markery RTG, żółta strefa wizualizacji endoskopowej oraz marker na rękojeści, wskazujący „punkt bez powrotu”, zestaw do aplikacji o dł. 194 cm, śr. 8.5 Fr (dla dł. 40, 60, 80) lub śr. 9 Fr (dla dł. 100), pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**2. Doł. poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentu samorozprężalnego przetykowego, pokrytego wytrzymałym polimerem, zabezpieczającym przed wrastaniem tkanek do wnętrza stentu, pokrywany na całej długości, posiada możliwość uwolnienia do 75% jego długości, a w razie konieczności dwukrotnego złożenie i rozłożenia ponownie, posiadający 4 markery RTG, dł. stentów: 103 mm, 123 mm, 153 mm lub 105 mm, 125 mm, 155 mm, śr. 18 i 23 mm z kotnierzami o średnicy 25 i 23 mm lub 28 i 28 mm, zestaw do aplikacji współpracujący z przewodnikiem 0,035"?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**3. Doł. poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonów do poszerzania dróg żółciowych jednorazowego użytku, długość balonu 55 mm, długość narzędzia 180 cm, śr cewnika wprowadzającego 7.5 Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 4**

**1. Doł. poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sfinkterotomu jednorazowego użytku, trójkątowego, długość cięciwy 20 i 30mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica zewnętrzna 7-5.5Fr, długość robocza 200 cm, współpracującego z przewodnikiem 0.035"?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 1**

**1. Doł. poz.1** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych pętli monofilamentnych, rozmiar 10, 15, 25, 30mm, w jednej długości 230cm, o średnicy 2,3mm, do wyboru przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**2. Doł. poz. 3** - Prosimy o dopuszczenie zestawu do opaskowania żyłaków przetyku 7 gumkowego, opaski hypoalergiczne, bezlateksowe, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączony do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/29/2021

3. **Doł. poz. 4** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków typu aligator + ząb szczura lub typu aligator do wyboru przez Zamawiającego, o jednej dł. 230cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. **Doł. poz. 5, 6, 14** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnych kleszczyków pokrytych osłonką wykonaną z polietylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

5. **Doł. poz. 8** - Prosimy o dopuszczenie ustników mikrobiologicznie czystych, pakowanych indywidualnie oraz w opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z okienkiem, zawierających 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej każdy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

6. **Doł. poz. 9** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych pułapek 1- komorowych, podłączanych na przewód ssaka.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

7. **Doł. poz. 9** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych pułapek 5- komorowych, podłączanych na przewód ssaka.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

8. **Doł. poz. 10** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic jednorazowych z rozwarciem klipsa 12mm i 16mm, do wyboru przez Zamawiającego. Klipsownica z funkcją rotacji 360st., możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed uwolnieniem, dł. 230cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

9. **Doł. poz. 11** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli standardowych, wykonanych z drutu plecionego o śr. osłonki 2,4mm, dł. 230cm, śr. pętli 10,15,25,35mm, ze skalowaną rękojeścią, do wyboru przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

10. **Doł. poz. 13** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł do ostrzykiwania, o średnicy narzędzia 2,4mm, op.10szt., pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

11. **Doł. poz. 13** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł do ostrzykiwania bez strzykawki w komplecie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 1**



1. **Doł. poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę do polipektomii, monofilament, owalna, rozmiar 10, 15 mm, długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm (do wyboru podczas zamówienia)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. **Doł. poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści Black Eye to sterylne, niepirogeniczny barwnik przeznaczony do stosowania jako marker endoskopowy do znakowania polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Jest dostarczany w strzykawce zawierającej 5 cm<sup>3</sup> markera?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. **Doł. poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zestaw opasek do endoskopu jednorazowego użytku. W zestawie 1 baryłka z 6 pasmami do endoskopu Ø 9,5 ~ 13,0 mm?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. **Dot. poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze jednorazowego użytku, typu: alligator, długość narzędzia 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

5. **Dot. poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastrokopii, łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1800 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

6. **Dot. poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do kolonoskopii, łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

7. **Dot. poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści szczotkę czyszczącą jednorazową dwustronną do kanału roboczego o śr. 2.2 mm, śr. szczotki 5 mm i 10 mm o długości 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

8. **Dot. poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści ustniki sterylne jednorazowego użytku z gumką, pakowane po 50 szt. w stojący kartonowy dyspenser z otworem dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

9. **Dot. poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści pułapkę 5-komorową, jednorazową, na przewód ssaka?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

10. **Dot. poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści klipsownicy jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 15 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

11. **Dot. poz. 11** - Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę do polipektomii, plecionka, owalna, rozmiar 10, 15, 20, 25 mm, długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm (do wyboru podczas zamówienia)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

12. **Dot. poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści jednorazową szczoteczkę do czyszczenia kanałów bronchoskopowych, dwustronna, włosie o średnicy 5 i 10 mm, długości 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

13. **Dot. poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,6 mm, dł. ostrza 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 2300 mm, o śr. 2.4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/29/2021

niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Ostonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. Pakowane po 10 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**14. Doł. poz. 14** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, tyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, ostonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 1.8 mm, dostępne długości narzędzia 1200 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 1**

Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 5, 6, 10 i dopuści:

**Poz. 5** Jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastrokopii, dostępne długości narzędzia 1800mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Poz. 10** Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego) z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu dla poz. 5 i poz. 10, jednak nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji.**

#### **Zapytanie nr 12 dotyczy Załącznika nr 2**

Czy Zamawiający dopuści:

**1. Doł. poz. 2** - Stent samorozprężalny przetykowy nitinolowy o śr. 20 i 24 mm z kołnierzami o średnicy 26 i 30 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**2. Doł. poz. 3** - Balony do poszerzania dróg żółciowych jednorazowego użytku, długość narzędzia 180 lub 230 cm (do wyboru). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 13 dotyczy Załącznika nr 4**

Czy Zamawiający dopuści:

**1. Doł. poz. 1** - Sfinkterotom jednorazowego użytku, średnica cewnika 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**2. Doł. poz. 2** - Prowadnik z nitinolowym rdzeniem, z hydrofilną końcówką roboczą długości 6cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 14 dotyczy Załącznika nr 1**

**1. Doł. poz. 1** - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20, 25 i 30 mm, długość 2300 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**2. Doł. poz. 3** - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów do endoskopów o średnicy 8,5 – 11,5 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**3. Doł. poz. 11** - Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarze 10, 15, 25 i 32 mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**4. Doł. poz. 12** - Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm, średnica główek 5 mm i 10 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**5. Doł. poz. 13** - Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostonki 2,4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**6. Doł. poz. 13** - Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostłonki 2,4 mm, średnica ostrza 0,6 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 15 dotyczy Załącznika nr 2**

**1. Doł. poz. 1** - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentów w zestawach o długości 185 cm, średnica maksymalna zestawu 9 Fr.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**2. Doł. poz. 2** - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy 20 mm i średnicy kołnierzy 24 mm, po 8 markerów RTG na obu końcach i pośrodku stentu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**3. Doł. poz. 3** - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów o długości cewnika 1800 mm, średnica w zakresie 6,5-7,0 Fr.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 16 dotyczy Załącznika nr 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarze 15, 25 i 32 mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica ostłonki 2,4 mm, skalowanie co 10 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 17 dotyczy Załącznika nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy cewnika 2,3 mm, średnica części dystalnej 1,65 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 18 dotyczy Załącznika nr 7**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez w rozmiarze 5Fr, 7Fr, 8,5Fr, 10Fr, 11,5Fr.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 19 dotyczy Załącznika nr 8**

**1. Doł. poz. 1** - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**2. Doł. poz. 2** - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm, rozwarście tyżeczek 6 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 20 dotyczy Załącznika nr 9**

**1. Doł. poz. 3** - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie protez o rozmiarach 5Fr, 7Fr, 8,5Fr i 10 Fr.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**2. Doł. poz. 4** - Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie stentów z drutu nitinolowego, na zestawie wprowadzającym o średnicy maksymalnej 9 Fr, z poszerzeniem na końcach stentu, uchwyt standardowy umożliwiający otwieranie i zamykanie stentu na zestawie do 80 %, próg rozprężenia zaznaczony na popychaczu zestawu wprowadzającego, znacznik cieniujący na cewniku zewnętrznym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**3. Doł. poz. 5** - Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie balonów na cewniku 2,4 mm, prowadnica 450 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**4. Doł. poz. 6** - Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie balonów na cewniku 2,4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/29/2021

**Zapytanie nr 21 dotyczy Załącznika nr 13**

1. **Doł. Poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do długotrwałego żywienia, zakładanego przeskrótnie metodą endoskopową, wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG, wolnego od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. Rozmiary: 15 CH/30 CM, 20 CH/35 ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zapytanie nr 22 dotyczy umowy**

Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zapytanie nr 23 dotyczy Załącznika nr 12**

1. **Doł. poz. 6** - Czy ze względu na fakt wejścia w życie Dyrektywy MDR Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do wprowadzania protez jednorazowego użytku o długości 1900mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 24 dotyczy Załącznika nr 8**

1. **Doł. poz. 1** - Czy ze względu na fakt, iż jedno opakowanie handlowe zawiera 20 szt szczypiec Zamawiający dopuści zaoferowanie takiej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zapytanie nr 25 dotyczy SWZ**

1. **Doł. pkt. IV pkt. b (deklaracje, certyfikaty)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast wymienionych dokumentów Wykonawca przedstawił stosowne oświadczenie potwierdzające posiadanie takich dokumentów oraz zobowiązanie do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zapytanie nr 26 dotyczy umowy**

1. **Doł. paragraf 6 ustęp 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 20 %?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Modyfikacja wzoru umowy**

Zamawiający dodaje w par. 1 umowy ustęp 3, który otrzymuje brzmienie „Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilości towarów przyjętych w umowie. Realizacja jednak wyniesie nie mniej niż 80% wartości planowanej”. Zamawiający zamieszcza na BIP zmodyfikowany wzór umowy.

Z poważaniem  
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju  
mgr Grzegorz Lasak



DYREKTOR  
Grzegorz Lasak