

Busko – Zdrój, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Działu Serologii i Banku Krwi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), *Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2021 r., numer ogłoszenia 2021/BZP 00041220/01.*

### **Odpowiedzi na zapytania nr 1**

#### **Do wszystkich Wykonawców:**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

#### **Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwyty, lub igły itp.).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podawania cen jednostkowych netto za 1 sztukę wyrobu z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.**

#### **Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 1**

1. **Poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 4 próbówki do krwi włośniczkowej surowicy z żelem i aktywatorem wykrzepiania z zakresem objętości pobrania 0,5 - 0,8 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. **Poz. 7** - Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 7 próbówki do krwi włośniczkowej z K3EDTA z zakresem objętości pobrania 0,25 - 0,5 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 1**

1. **Poz. 4** – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji próbówki do pozyskiwania surowicy z żelem i aktywatorem wykrzepiania – mikrometodę do krwi włośniczkowej o pojemności 0,4-0,6 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. **Poz. 7** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji próbówki do badań hematologicznych z EDTA K2 lub EDTA K3 – mikrometodę do krwi włośniczkowej o pojemności 0,25-0,5 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

3. **Poz. 8** - Czy Zamawiający wymagając w tej pozycji próbek do badań koagulologicznych z podwójnymi ściankami z PET i PP akceptuje m.in. konstrukcję „próbówka w próbówce”, tworzącej podwójne ścianki, która poprzez swą innowacyjną geometrię zapewnia pełne wypełnienie próbówki ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

4. **Poz. 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 próbek z fluorkiem sodu i szczawianem potasu do oznaczania glukozy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

5. **Poz. 19** - Czy można w tej pozycji zaoferować igły systemowe o pożądanym parametrach w rozmiarze 0,8 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 3**

Czy Zamawiający ,przyznając punkty za pełne wypełnienie probówek z minimalizacją przestrzeni pustej do badań koagulologicznych z cytrynianem waloruje ten parametr pod kątem zabezpieczenia próbek krwi przed aktywacją płytek, by zoptymalizować monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną lub PT , INR u pacjentów leczonych warfaryną ? Jeśli tak, czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzić te funkcjonalności ulotką producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania dla probówek koagulologicznych oraz wymaga jego potwierdzenia ulotką producenta.**

**Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację parametru punktowanego w SIWZ tj. „Korki do probówek zakręcane” i na równi punktowanie rozwiązania równoważnego w postaci bezpiecznego, bezlateksowego, wciskanego zamknięcia Hemogard, złożonego z wewnętrznego korka oraz plastikowej zewnętrznej osłony ochronnej, które zapewnia optymalną ochronę użytkownika przed kontaktem z krwią pacjenta, eliminuje efekt aerozolowy przy otwieraniu oraz umożliwia ponowne zamknięcie w celu powtórnego wymieszania bądź czasowego odstawienia próbki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Zamawiający ma własne doświadczenia w pracy na obu rodzajach probówek i preferuje probówki z korkiem zakręcanym.**

**Zapytanie nr 5 dotyczy SWZ**

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych. Czy zamawiający dopuści złożenie do oferty jedynie Deklaracji Zgodności oraz, o ile dotyczy, certyfikatów wydanych przez jednostki notyfikowane, a odstąpi od złożenia wraz z ofertą powiadomień Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych ..., które Wykonawca prześle na każde wezwanie Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.**

**Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 2**

Dotyczy parametru 4 granicznego. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na potwierdzenie parametru kompatybilności systemu z aparatami, które są w posiadaniu Zamawiającego za pomocą oświadczenia wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie kompatybilności systemu z aparatami, które są w posiadaniu Zamawiającego za pomocą oświadczenia Wykonawcy.**

Z poważaniem  
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju  
mgr Grzegorz Lasak

DYREKTOR  
Grzegorz Lasak

