

Busko – Zdrój, dnia 27 czerwca 2022 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2022 r., numer ogłoszenia 2022/BZP 00212879/01.

### Odpowiedzi na zapytania nr 1

#### Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

#### Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 1

1. **poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści tylko i wyłącznie jednorazową pętlę do polipektomii, monofilament, owalna, rozmiar 10, 15 mm, długość narzędzia 2300 mm, płynnej rotacji o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

2. **poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści: Multi Band Ligator do endoskopowego podwiązania żyłaków przetyku składa się z: • Cylinder lufy z ultra przezroczystego poliwęglanu z wysokiej jakości elastycznymi taśmami podwiązującymi • Rączka z bębniem nawijającym zapewniającym płynny ruch dla dokładnego rozłożenia opaski • Cewnik • Igła do nawadniania Article no. Description Features PU 12 MBLS-6 zestaw: 1 bęben, 6 opasek do endoskopu Ø 9,5 ~ 13,0 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. **poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę do polipektomii, plecionka, owalna, rozmiar 15, 25, 30 mm, długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm (do wyboru podczas zamówienia)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

4. **poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze jednorazowego użytku, typu: aligator, ząb szczura do wyboru przez zamawiającego długość narzędzia 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

5. **poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastrokopii, tyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, spiralna ostonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1800 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

6. **poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastrokopii, tyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem, spiralna ostonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1800 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

7. **poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastrokopii, tyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem, spiralna ostonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1800 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

8. **poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do kolonoskopii, tyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem, spiralna ostonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

9. **poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści szczotkę czyszczącą jednorazową dwustronną do kanału roboczego o śr. 1,7 mm, śr. szczotki 5.0 mm i 10.0 mm o długości 2300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

10. **poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści pułapkę na polipy 5- komorowa, jednorazową, na przewód ssaka?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

11. **poz. 14** - Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 16 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm, z dodatkowym portem infuzyjnym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



**12. poz. 15** - Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlą do polipektomii, plecionka, owalna, rozmiar 6,10, 15, 20, 25, 30 mm, długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. 2,3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm (do wyboru podczas zamówienia)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**13. poz. 16** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy chwytak do wyciągania ciał obcych tylko 3 ramienny każde z ramion o minimalnie różnej długości, co zapewnia swobodne chowanie się ramion w ostonce. Ramiona zakończone oczkami. dł. 2300 mm (do wyboru przez Zamawiającego), śr. kanału 2,8 mm, średnica narzędzia 2,3 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**14. poz. 17** - Czy Zamawiający dopuści jednorazową szczoteczkę do czyszczenia kanałów bronchoskopowych, jednostronna, długość robocza 100 mm, do kanału 1,8 mm, średnica narzędzia 1,6 mm, średnica włosia 3,0 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**15. poz. 18** - Czy Zamawiający dopuści igły do obliteracji jednorazowe, ostonka śr. igły 0,6 mm, dł. ostrza 4 i 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 2300 mm, o śr. 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Ostonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kotnierzem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 1**

**1. poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wyłącznie pętle monofilamentne o długości 230 cm, średnice 10 mm, 15 mm oraz 30 mm, ostonka o śr. 2,4 mm, bez funkcji rotacji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**2. poz. 3** - Czy Zamawiający w miejscu tej pozycji dopuści produkt: zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek potąconą fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek tączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z tącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**3. poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii owalne o średnicach otwarcia 15 mm, 25 mm i 32 mm, w ostonce o śr. 2,4 mm, rękojeść skalowana co 5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**4. poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające o długości 230 cm, szczęki typu ząb szczura lub aligator?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**5. poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne w ostonce wykonanej z polietylenu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**6. poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne w ostonce wykonanej z polietylenu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**7. poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne w ostonce wykonanej z polietylenu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**8. poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne w ostonce wykonanej z polietylenu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**9. poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści szczotki dwustronne o parametrach: 1. Szczotka z włosiem o śr. 5 mm po jednej stronie i 10 mm po drugiej stronie, śr. cewnika 1,7 mm, długość robocza 230 cm; 2. Szczotka z włosiem o śr. 6 mm po dwóch stronach, śr. cewnika 1,7 mm, długość robocza 250 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**10. poz. 14** - Czy Zamawiający dopuści klipsownicy z rozwarciem klipsa wyłącznie 11 mm i 16 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**11. poz. 15** - Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o rozmiarach wyłącznie 10, 15, 25 i 32 mm, ostonka o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/24/2022

**12. poz. 17** - Czy Zamawiający dopuści dwustronną szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopowych z włosiem o śr. 5 mm po jednej stronie i 10 mm po drugiej, średnica drutu prowadzącego 1,7 mm, długość robocza 230 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**13. poz. 18** - Czy Zamawiający dopuści igły o grubości 0,6 mm oraz o długości 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego), ostionka o śr. 2,4 mm, bez strzykawki w komplecie? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 6**

**1. poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii z drutu o śr. 0,3 mm? Pozostałe parametry zgodne SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 4 dotyczy wzory umowy**

**1. § 2 ust. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył towar niezgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego lub z parametrami wynikającymi z oferty, lub że towar jest niekompletny lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do ponownego dostarczenia towaru zgodnego z warunkami SIWZ i Umowy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 10 dni roboczych. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zamieszcza na BIP zmodyfikowany wzór umowy.**

**2. § 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**3. § 6 ust. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę następującego zapisu:

„W przypadku niedotrzymania terminu dostawy towaru, o którym mowa w § 2 ust. 6, jak również w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub § 2 ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,3% dziennie od wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**4. § 6 ust. 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 7%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**5. § 6 ust. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę następującego zapisu:

„Kary umowne przewidziane niniejszą umową podlegają sumowaniu. W takim przypadku, maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w okolicznościach określonych w ust. 1,2,3 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**6. § 7 ust. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku trzykrotnego niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie dłuższego niż 7 (siedem) dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**7. § 7 ust. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni w stosunku do terminu wynikającego z Umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z umowy powyższy ustęp.**

#### **Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 5**

**1.** Czy Zamawiający w Załączniku Nr 5 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**2.** Czy Zamawiający w Załączniku Nr 5 – testy ureazowe - wymaga, aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/24/2022

**Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 1**

1. **Poz.1** - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20, 25 i 30 mm, długość 2300 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

2. **Poz.3** - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów do endoskopów o średnicy 8,5 – 11,5 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. **Poz.4** - Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarze 15, 20, 25 i 32 mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

4. **Poz.10** - Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm, średnica główek 5 mm i 10 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

5. **Poz.10** - Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 5 mm i 7 mm – do wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

6. **Poz.15** - Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarze 10, 15, 25 i 32 mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

7. **Poz.17** - Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

8. **Poz.18** - Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostłonki 2,4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

9. **Poz.18** - Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostłonki 2,4 mm, średnica ostrza 0,6 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 6**

1. **Poz.1** - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli z drutem o średnicy 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zapytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 6**

1. **Poz.1** - Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy drutu 0,4mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zapytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 2**


1. **Poz.1** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania giętkiej elektrody argonowej z bocznym wylotem i zaakceptuje elektrodę z wylotem na wprost?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

2. **Poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dla dorosłych i dzieci powyżej 5kg, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprzewadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, ze stykiem o szerokości 2,5 cm, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 5szt, opakowanie handlowe 50 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju  
mgr Grzegorz Lasak



DYREKTOR  
Grzegorz Lasak