

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/19/2021

Busko – Zdrój, dnia 8 czerwca 2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest **Zakup rękawic chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2021 r., numer ogłoszenia 2021/BZP 00062911/01.

## Odpowiedzi na zapytania nr 2

### Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

### Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  
wysokiej jakości alternatywne rękawice chirurgiczne zgodne z opisem – rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (bez EN ISO 374-5). Odporne na przenikanie: min. 4 substancji chemicznych na min. 6 poziomie zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone raportem od producenta z badania, wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Zgodne z EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23-0,24 mm, dłoni 0,20-0,21 mm, mankiecie 0,19-0,20 mm, długość min. 285 mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 40 µg/g, średnia siła zrywu: przed starzeniem min. 16,08 N, po starzeniu min. 14,12 N. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  
rękawice chirurgiczne odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 (bez EN ISO 374-5); pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone raportami od producenta z badań wykonanych w niezależnym laboratorium badawczym. Odporne na przenikanie: 3 substancji chemicznych (odpowiednio poziomy: 1, 0 i 5) zgodnie z EN 374-3 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą amerykańską ASTM D6978 (tj. 9 substancji, w tym 7 substancji z czasem przenikania do 240 minut), potwierdzone raportem od producenta z badania, wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23-0,24 mm, na dłoni 0,20-0,21 mm, mankiecie 0,18-0,19 mm, długość min. 285 mm. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:  
rękawice chirurgiczne, posiadające powierzchnię zewnętrzną gładką, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana (w technologii DERMASHIELD) z powłoką nawilżającą (w technologii HYDRASOFT). Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 (bez EN ISO 374-5); pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone raportami od producenta z badań wykonanych w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-4 oraz EN 16523-1 – na min. 3 substancje chemiczne na 6 poziomach (potwierdzone raportem badania)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/19/2021  
wytwórcy). Ponadto rękawice zgodne z EN 420, EN 455(1-4), EN 374(1,2,4), EN 16523-1, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001,  
ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10. Rękawice składane na pół. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:

rękawice chirurgiczne posiadających powierzchnię zewnętrzną gładką, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana (w technologii DERMASHIELD). Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,16 mm. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-4 oraz EN 16523-1 – na min. 3 substancje chemiczne (w tym dwie na 6 poziomie, 1 na 4 poziomie) - potwierdzone raportem badania wytwórcy. Ponadto rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374(1,2,4), EN 16523-1, EN 374-5, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 11137-1, EN 566, ISO 10993-10, ASTM F 1671. Rękawice składane na pół. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych - potwierdzenie - raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym:

Nr Testowana substancja chemiczna	Wyniki
1 Antyoksydanty 2246 (A/O 2246) (%)	Nie wykryto
2 Butylowany hydroksyanizol (BHA) (%)	Nie wykryto
3 Butylowany hydroksytoluen (BHT) (%)	Nie wykryto
4 Czterosiarczek dipentametylenu tiuramu (%)	Nie wykryto
5 Difenylotiomocznik (DPTU) (%)	Nie wykryto
6 Disiarczek tetrametylotiuramu (TMTD) (%)	Nie wykryto
7 Wingstay L (%)	0.76
8 Dibenzyliditiokarbaminian cynku (ZBED) (%)	Nie wykryto
9 Dibutylditiokarbaminian cynku (ZDBC) (%)	0.03
10 Dietylditiokarbaminian cynku (ZDEC) (%)	0.05
11 Dimetylditiokarbaminian cynku (ZDMC) (%)	Nie wykryto
12 Merkaptobenzotiazol cynku (ZMBT/MBT) (%)	Nie wykryto
13 Metylmerkaptobenzimidazol cynku (ZMMBI) (%)	Nie wykryto
14 Pentametylenoditiokarbaminian cynku (ZPMC) (%)	Nie wykryto
15 Całkowita zawartość siarki (%)	0.69
16 Tlenek cynku (%)	0.18

#### **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 5 dotyczy wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania *każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednio i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyteżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/19/2021 ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Zapytanie nr 6 dotyczy wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Zapytanie nr 7 dotyczy wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez:

Obniżenie kary umownej przewidzianej w ust. 3 do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy; **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy po modyfikacji zostanie zamieszczony na BIP.**

#### Zapytanie nr 8 dotyczy wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez:

Wykreślenie ust. 4 i 6 w zakresie uprawnienia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych oraz ich sumowania. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85). Ponadto podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r<sup>1</sup> ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Zapytanie nr 9 dotyczy wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści:  
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy po modyfikacji zostanie zamieszczony na BIP.**

DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów

Sporządził: ..... *Danuta Kozłowska*

Zatwierdził: .....

Egz. Nr 1 a/a  
Egz. Nr 2 BIP

Z poważaniem  
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju  
mgr Grzegorz Lasak

DYREKTOR  
Grzegorz Lasak

