

Busko – Zdrój, dnia 24 lutego 2015 r.

**ZOZ/DO/OM/ZP/12/15**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa zestawów do autotransfuzji krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473).  
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2015 r., numer ogłoszenia 37458-2015.

**Do wszystkich Wykonawców:**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do w/w przetargu.

**Zapytanie nr 1 dotyczy pakietu 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej jak dotychczas stosowanego w państwa szpitalu składającego się z:

- 2-óch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y,
- mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 125 ml, powodującym początkowo aktywny drenaż 65mmHg, pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez rozłączania systemu,
- worka na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 200u,
- worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym (pakowany oddzielnie),
- specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 40u i z kłamrą do regulacji przepływu (pakowany oddzielnie).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 2 dotyczy pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:

Zestaw do autotransfuzji umożliwiający zaoszczędzenie do 600ml krwi własnej pacjenta poprzez drenaż rany pooperacyjnej i retransfuzję.

Jałowy, jednorazowy, przenośny zestaw w skład którego wchodzi: zbiornik na krew, dren o średnicy 4,8mm, dwa trokary o długości 15,24cm i ewakuator do re transfuzji. Mieszek systemu zaopatrzonego w sprężynę pozwalającą uzyskać podciśnienie w drenach bez konieczności zasilania elektrycznego. Krew filtrowana przez 230u filtr usuwający tłuszcz i skrzepy. System może pracować w każdym pożeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Wyk.3 egz.

Egz. Nr 1 BIP Zamawiającego

Egz. Nr 2 a/a

DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów

Sporządził: 

Zatwierdził: 

Z poważaniem  
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka

  
DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka